编号：YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

检验项目	要求	检验结果				合格（√）；不合格（×）
		检测1	检测2	检测3	均值	
外观	澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物	符合要求				√
装量	不低于标示量	20.05L	20.06L	20.05L	20.06L	√
pH值	25℃时，7.10±0.20	7.14	7.13	7.13	7.13	√