


编号: YNH/AJ-15-02-2012

血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验项目		检验结果	判定
外观		无色透明液体	合格
pH值		7.0~8.0	合格
电导率		≤1000 μS/cm	合格
总硬度		≤100 mg/L	合格
氯离子		≤100 mg/L	合格
硫酸根		≤100 mg/L	合格
钙离子		≤100 mg/L	合格
镁离子		≤100 mg/L	合格
钠离子		≤100 mg/L	合格
钾离子		≤100 mg/L	合格
氨氮		≤10 mg/L	合格
总氮		≤10 mg/L	合格
总磷		≤10 mg/L	合格
重金属		符合GB 15193-2003要求	合格



检验员: 张三

审核员: 李四

日期: 2012.02.15