

编号：YNH/AJ-15-02-2022

SED 清洗剂出厂检验报告

检验日期： 2023.05.24.

试剂批号： 22205JP

试剂规格：R:40mlx5

检验项目	要求	检验结果	结果判定
外观检查	无色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	√
净含量测定	不低于标示值。	40.8ml	√
清洗率	清洗率大于 90%。	98.4%	√



昆明医疗器械有限公司 2023.05.24