编号：YNH/AJ-15-48-2017

生化仪机型：DS-401　　　　生化仪编号：DS1KS001

紫外可见分光光度计型号：L5　　　　紫外可见分光光度计编号：077015020215050006

PH计型号：PHS-3C　　　　PH计编号：600408N0016120566

试剂盒抽检规格：

型号	规格
160ml(40)	R1：32ml×4　R2：8ml×4

	制造商	批号	有效期至	靶值/标示值	范围（2SD）
校准品	Randox	1674UN	2026-04	360U/L	/
有证参考物质	北京市医疗器械检验所	[illegible]	/	89 U/L	/

检验项目	要求	结果		判定
分析灵敏度	吸光度变化△A/min≥2×10⁻⁴。	4.08×10^{-4}		√
准确度测定	使用校准品校准生化分析仪和试剂后，测定有证参考物质，相对偏差≤±15%。	-1.50%		√
重复性测定	CV≤5%。	水平1	4.59%	√
		水平2	1.18%	

[10-50] U/L 范围内，线性绝对偏差不超过±

检验：　　　　审核：　　　　批准：