

编号：YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称： 血小板分析仪专用清洗液 试剂批号： 22512261
检验日期： 2025.12.31 试剂规格： 1L、5L

检验项目	要求	检验结果				结果判定
		检测1	检测2	检测3	均值	
6.12 空白试剂黄色琼脂凝胶，可接受程度-符合规定。						符合规定
6.13 空白试剂黄色琼脂凝胶						符合规定
pH 值	HB-3D 清洗液：25±1℃，pH≥12					
	HB-3D 清洗液：25±1℃，pH=7.80±0.05；					
	血小板分析仪专用清洗液：25±1℃，pH=7.00±0.50；					
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：25±1℃，pH=7.10±0.20。	7.12	7.13	7.13	7.13	√
空白值	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：WBC≤0.3×10 ⁹ /L	—	—	—	—	
	血小板分析仪专用清洗液：RBC≤0.03×10 ¹² /L					
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：RBC≤0.03×10 ¹² /L	0.00	0.00	0.00	0.00	
	血小板分析仪专用清洗液：PLT≤10×10 ⁹ /L					
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：PLT≤20×10 ⁹ /L	0	0	0	0	√
HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：α-Gb≤20%						
结论	检验是否合格。					合格